

**CE EG-Konformitätserklärung  
EC Declaration of Conformity**

Produktart: **Mikroskope**  
 Product Type: **Microscopes**  
 Produktbezeichnung: **BRESSER Biorit ICD CS Stereomikroskop LED**  
 Product Name: **BRESSER Biorit ICD CS Stereo Microscope LED**  
 Artikelnummer: **5802520**  
 Article No.: **5802520**

24.10.2024

Die Bresser GmbH als Hersteller erklärt, dass das oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

*Bresser GmbH as manufacturer declares that the above-mentioned product complies with the essential requirements of the EU directives listed below:*

| Richtlinie / Directive:                              | Harmonisierte Normen / Harmonized Standards: |
|--|--|
| Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU | EN 61010-1:2010/A1:2019                      |
| Low Voltage Directive 2014/35                        | EN 61326-1:2013                              |
| (RoHS) - Directive 2011/65/EC                        | EN 61000-3-3:2013                            |
|  | EN 61000-3-2:2019                            |
|  | EN IEC 63000:2018                            |

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

*The manufacturer is solely responsible for issuing this declaration of conformity. This declaration is no longer valid in the event of a change to the product that has not been coordinated with us.*

**Bresser GmbH**  
 Gutenbergstr. 2  
 46414 Rhede · Germany  
 Phone: +49 (0) 2872 8074-0  
 Fax: +49 (0) 2872 8074-444  
 E-Mail: info@bresser.de

  
 Helmut Lobbert  
 Tim Hofstede  
 Geschäftsführer  
 Managing Director